

# 精明選購 及正確使用 男性安全套




醫療儀器科  
Medical Device Division  
[www.mdd.gov.hk](http://www.mdd.gov.hk)



衛生署  
Department of Health


## 安全套

在「醫療儀器行政管理制度」下，安全套通常屬於第III級中高風險的一般醫療儀器。但含有藥劑製品（例如：麻醉藥）的安全套，則屬於第IV級高風險一般醫療儀器



### 每次性行為都要正確地使用安全套

- ✓ 透過物理屏障的方式防止精子進入女性的生殖器官來避孕
- ✓ 預防性傳播感染，例如愛滋病、梅毒、淋病（俗稱白濁）、非淋病性尿道炎（男性）/ 非特異性生殖道感染（女性）、性病疣（俗稱椰菜花）、陰部疱疹與陰蝨等




### 性傳播感染

性傳播感染是透過性行為傳播，例如陰道性交、口交和肛交等

患有性傳播感染不但會增加感染愛滋病病毒的風險，也可能導致其他嚴重的健康後果，例如不育，甚至死亡。另外，感染者亦可能會透過母嬰傳染影響新生嬰兒，例如先天性缺陷

正確地使用安全套可有效地降低性傳播感染風險和避孕

### ! 正確使用安全套




- ✓ 每次性行為時，使用一個新的安全套

- ✓ 如有需要，可使用水溶性潤滑劑。油性潤滑劑可能會導致安全套破裂，降低安全套效能

## ⚠️ 正確使用安全套

有效期限：XX-XX-XXXX



使用前要檢查**有效期限**和**包裝的完整性**，以確保安全套的效能



細閱及遵從使用說明，包括用後處理方法。用完的安全套應用紙巾包裹好，棄置於垃圾箱內



如對正確使用安全套有疑問，請諮詢醫護專業人員

## ⚠️ 精明選購安全套



表列號碼

HKMD No. XXXXXX



MDACS



選購已於「**醫療儀器行政管理制度**」表列，並附有**表列號碼**的安全套，以確保安全套能符合表列制度下**安全、品質及性能**的要求

\* 你可以在醫療儀器科網站上的醫療儀器列表搜尋已表列儀器的資料

🔍 更多資訊關於已表列的安全套，  
請參閱醫療儀器科相關專題網頁

## 安全套的專題網頁

<https://www.mdd.gov.hk/tc/information-publication/thematic-pages/index.html>



表列號碼  
(HKMD No.)

製造商

品牌及型號

本地負責人

包裝



醫療儀器科